

**SANFT,  
PRÄZISE UND  
SCHMERZFREI**

Probenentnahme  
unter der Zunge

## SARS-CoV-2 WATMIND **LOLLI-TEST SCHNELLTEST**



**FÜR KINDER, JUGENDLICHE UND ERWACHSENE**

**GEPRÜFT VOM  
TÜV RHEINLAND**


**BfArM-GELISTET**

**EVALUIERT DURCH DAS  
PAUL-EHRlich-INSTITUT**

- Besonders kindgerecht
- Keine Altersbegrenzungen
- Präzise und hoch sensitiv
- Ohne Nasenabstrich
- Ohne Lutschen oder Spucken
- Erstattungsfähig im Rahmen der Testverordnung (AT108/20)



- Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Laientauglichkeit, Sensitivität und Spezifität, die vom Robert Koch-Institut und dem Paul-Ehrlich-Institut erstellt wurden.
- Gelistet beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte  
BfArM Nr.: AT108/20, Aktenzeichen der Sonderzulassung: 5640-S-032/21.
- Besonders kindgerecht



**95% SENSITIVITÄT**

**99% SPEZIFIZITÄT**

\*Schritt 2 betrifft 1er Test-Kits (aus Gründen der Transporticherheit). In den 5er Test-Kits sind die Probenröhrchen blister-verpackt und bereits vorgefüllt.

## SARS-CoV-2 WATMIND Lolli-Test

- Probenentnahme unter der Zunge
- Kein Lutschen oder Spucken
- Kein Nasenabstrich
- Geeignet für alle Altersgruppen: Kleinkinder, Grundschulkinder, Jugendliche und Erwachsene
- 95% Sensitivität | 99% Spezifität
- Verlässlich auch bei Mutationen
- BfArM-gelistet
- Evaluiert vom Paul-Ehrlich-Institut
- Als Liantest zugelassen
- Aktenzeichen der Sonderzulassung: 5640-S-032/21
- Erstattungsfähig im Rahmen der Testverordnung (AT108/20)
- Testergebnis nach 15 Minuten
- Anwendung an Kindern unter Aufsicht von Erwachsenen
- Haltbarkeit bis zu 18 Monaten
- Lagerung bei 2°-30°C
- Testdurchführung bei Raumtemperatur 18°-26°C
- 1 oder 5 Tests pro Verpackungseinheit

### 1er Test-Kit Inhalt

- Testkassette
- Probenextraktionslösung
- Probenröhrchen
- Steriles Teststäbchen
- Gebrauchsanweisung
- Kurzanleitung



**1er Test-Kit**

EAN: 6973166012498

PZN: 17367992

### 5er Test-Kit Inhalt

- 5x Testkassetten (einzeln eingeschweißt)
- 5x Probenröhrchen mit vorgefüllter Probenextraktionslösung
- 5x Sterile Teststäbchen
- Gebrauchsanweisung
- Kurzanleitung



**5er Test-Kit**

EAN: 6973166012504

PZN: 17368000

## Klinische Studie\*<sup>2</sup>

Ct-Wert	Anzahl Proben	RT-PCR Ergebnisse	Antigen Test im Vergleich zu RT-PCR
≤ 30	46	positiv	44 / 46 = 95,65%
≤ 36	157	positiv	142 / 157 = 90,45%
> 40	182	negativ	181 / 182 = 99,45%

Tage nach Einsetzen der Symptome	Anzahl Proben	RT-PCR Ergebnisse	Antigen Test im Vergleich zu RT-PCR
≤ 7	89	positiv	85 / 89 = 95,51%
≤ 14	116	positiv	107 / 116 = 92,24%
> 14	41	positiv	35 / 41 = 85,37%

\*<sup>2</sup>SARS-CoV-2 Ag Schnelltest unter der Zunge. Gebrauchsanweisung, Artikelnummer LFA0401-5N



